

Приложение N 3 к Правилам проведения эндоскопических исследований, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от "9" июня 2020 г. N 560н.

## Стандарт оснащения эндоскопического кабинета

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Эндоскопическая система (видео -, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	не менее 1
2	Монитор	1 при наличии видеоэндоскопической системы
3	Видеопроцессор	1 при наличии видеоэндоскопической системы
4	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно - кишечного тракта, для нижних отделов желудочно - кишечного тракта, панкреато - дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)	не менее 1
5	Видеокапсульная система	по требованию
6	Ультразвуковой аппарат	по требованию
7	Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком)	по требованию
8	Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком)	по требованию
9	Эндоскопический ультразвуковой датчик	по требованию
10	Электрохирургический блок	по требованию
11	Эндоскопический стол (кушетка)	не менее 1
12	Аптечка для оказания неотложной помощи	1
13	Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта	не менее 1

## Нормативные документы

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
2. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями)  
Глава 2. Организация и осуществление лицензирования.

Оснащение кабинетов под ключ

Свяжитесь с нами!

Оставить заявку

